



CPF :745.229.061-53 Paciente :Cristiane Aparecida da Silva RG :1798847-0/SESP MT
 CNPJ :06.268.211/0001-96 Razão :TAVAG - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO VARZEA GRANDE LTDA
 Nascimento :14/03/1987 Idade : 38 anos
 Motivo :Periódico Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :SERVICOS GERAIS
 Data do Exame : 13/02/2026

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	20	20	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	20	20	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	20	22	20	20	25	22

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Dra. Carolina Vieira Ormonde
 Médica
 CRM-MT 13330
 NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :DE0C967DB9F16E34462AE9626E9BC7E6
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cristiane Aparecida da Silva
**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
 Última Aferição :12/08/2025